

PoolLAB 2.0[®]

FOTOMÉTER



3 paraméter párhuzamos mérése

24 paraméter mérésére alkalmas

Bluetooth & Wifi csatlakozással

Széles, színes kijelzővel

Cserélhető küvetákkal

4 hullámhossz (460 / 525 / 565 / 625 nm)

IP68 vízálló

Ingyenes szoftver App / Cloud

Tabletta / folyadék / por reagens

24 paraméter:

klór (szabad, kötött, össz)pH érték | lúgosság | cianursav
aktív oxigén (MPS)* | bróm** | klórdioxid** | ózon** | hidrogén
peroxid* | alumínium* | kalcium keménység* | klóramin* | réz*
vas* | nitrát* | foszfát* | PHMB* | kálium* | nitrit* | szulfát* |
összkeménység* | karbamid* | cink*

SZOFTVER & APP



Available on the
App Store

GET IT ON
Google Play

CLOUD



QR SCAN



* A reagenseket nem tartalmazza az alap készlet. Külön rendelhető!

**Amennyiben a vízmintát klórt tartalmaz, glicin tablettát szükséges. Glicin tablettát az alap készlet nem tartalmaz. Külön rendelhető!

TERMÉK LEÍRÁS

A PoolLab® 2.0 fotométer tökéletes megoldás medencék, gyógyfürdők és jakuzzik professzionális vízelemzésére. A rögzített, de cserélhető három mérőküvetta gyors mintavételt tesz lehetővé az IP68-as vízálló PoolLab® vízbe mártásával.

9 gomb közvetlen hozzáférést biztosít a NULLA/ZERO művelethez (mérési tételenként csak 1x szükséges) és a 24 különböző medencevíz paraméterhez. A PoolLab 2.0 fotométer Bluetooth és WiFi segítségével csatlakozhat az ingyenes LabComszoftverhez és alkalmazáshoz, vagy automatikusan szinkronizálhatja az adatokat a LabCom Clouddal.

A teszteredmények a felhasználó által egyedileg létrehozott mérési fiókokhoz vannak hozzárendelve. A LabCom szoftverben és alkalmazásban többek között jelentéseket nyomtathatunk, kiszámolhatjuk az aktív klórtartalmat, és akár adagolási javaslatokat is kaphatunk az egyedileg bevitt vízkezelő termékek alapján. Az LSI index kiszámítása a szoftveren és az alkalmazáson keresztül is elérhető.



MÉRHETŐ PARAMÉTEREK

Paraméter	Tabletta reagens	Folyadék reagens	Paraméter	Tabletta reagens	Folyadék reagens
Aktív oxigén (MPS)	0.00 – 20.0 mg/l (ppm)*	--	Vas (LR)***	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Lúgosság	0 – 200 mg/l (ppm)	--	Nitrát***	1 – 100 mg/l (ppm)*	--
Alumínium***	0.00 - 0.30 mg/l (ppm)*	--	Nitrite (LR)***	0.00 – 1.50 mg/l (ppm)**	--
Ammónia***	0.00 – 1.20 mg/l (ppm)*	--	Ózon	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)**	0.00 – 2.70 mg/l (ppm)**
Bróm	0.00 – 13.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 9.00 mg/l (ppm)* **	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Kalcium keménység	--	0 – 500 mg/l (ppm) *	PHMB	5 – 60 mg/l (ppm)*	--
Klóraminok	0.00 – 6.00 mg/l (ppm) *	--	Foszfát (LR)***	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	--
Klór (össz, köt., sz.k.)	0.00 – 6.00 mg/l (ppm)	0.00 – 4.00 mg/l (ppm)*	Foszfát (HR)***	0 – 80 mg/l (ppm)*	--
Klór (HR)	5 – 200 mg/l (ppm)*	--	Kálium	0.70 – 12.0 mg/l (ppm)**	--
Klórdioxid	0.00 – 11.0 mg/l (ppm)**	0.00 – 7.50 mg/l (ppm)* **	Szulfát	5 – 100 mg/l (ppm)*	--
Réz	0.00 – 5.00 mg/l (ppm)*	--	Összkeménység	--	0 – 500 mg/l (ppm) *
Cianursav	0 – 100 mg/l (ppm)	--	Karbamid***	0.10 – 2.50 mg/l (ppm)*	--
Hidrog.-peroxid (LR)	0.00 – 2.40 mg/l (ppm)*	--	Cink	0.00 – 1.00 mg/l (ppm)*	--
Hidrog.-peroxid (HR)	0 – 180 mg/l (ppm)*	--			

* A reagenseket nem tartalmazza az alap készlet. Külön rendelhető! **Amennyiben a vízminta klórt tartalmaz, glicin tabletták szükségesek. Glicin tablettát az alap készlet nem tartalmaz. Külön rendelhető! *** Csak egyedüli paraméterként mérhető! Ilyenkor nem lehet 3 paramétert egyszerre mérni!

A KÉSZLET TARTALMA

Alap készlet:

1 x PoolLab® 2.0 fotométer
1 x 3 részes küvetta (cserélhető)
1 x fényvédő tető
3 x műa. keverő rúd
1 x 10 ml fecskendő
3 x AA elem
1 x használati útmutató
1 x tároló táskák
Ingyenes LabCom® szoftver
Ingyenes LabCom® applikáció
Ingyenes LabCom® Cloud

Paraméterek:

A fenti táblázatban található az összes mérhető paraméter.

Reagensek:

20 db Phenol Red tabletták
20 db DPD1 tabletták
10 db DPD3 tabletták
10 db M-lúgosság
10 db Cianursav tabletták